



Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 23.09.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-~~783~~.../19

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
ORAZ
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZĘŚĆ nr V (w jej skład wchodzi: USG jezdne – 1 szt., USG jezdne – 1 szt., USG jezdne – 1 szt.)

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) **Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Konsorcjum: Grupa Medyczna Sp. z o. o. Sp.k., ul. Strzeszyńska 35/37 lok. 8, 60-479 Poznań i TMS Sp. z o. o., ul. Wiertniczej 84, 02-952 Warszawa – oferta nr 8, z niniejszego postępowania w zakresie części nr V, albowiem treść oferty złożonej w zakresie części nr V nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

Z treści złożonej oferty wynika, iż nie został spełniony następujący parametr: część V pozycja 8 punkt 47.

W powyższym punkcie Zamawiający wymagał: Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,0 MHz. Wykonawca Konsorcjum: Grupa Medyczna Sp. z o. o. Sp.k. i TMS Sp. z o. o. potwierdził parametr i w ofercie podał zakres 1,5 – 6 MHz, co wzajemnie się wyklucza, albowiem z oświadczenia tego wynika, że nie został spełniony dolny parametr, tj. zakres od min. 1,0 MHz.

Zamawiający nie może uznać wyjaśnień Wykonawcy Konsorcjum: Grupa Medyczna Sp. z o. o. Sp.k. i TMS Sp. z o. o. z dnia 30.08.2019 r., iż powyższe zapisy w treści oferty zostały obarczone omyłką pisarską i tym samym nie może wyrazić zgody na poprawienie takiej omyłki pisarskiej przez w/w Wykonawcę, albowiem treść złożonej oferty nie może ulec zmianie. Tym samym złożona przez w/w Wykonawcę oferta w zakresie części nr V nie odpowiada treści SIWZ.

Z uwagi na powyższe decyzja o odrzuceniu oferty jest konieczna i usprawiedliwiona.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) **Zamawiający informuje, iż dokonał częściowego wyboru ofert najkorzystniejszych:**

CZĘŚĆ nr V

(w jej skład wchodzi: USG jezdne – 1 szt., USG jezdne – 1 szt., USG jezdne – 1 szt.)

Partner 4 Medicine Sp. z o. o.

ul. Pl. Metziga 26

64-100 Leszno

cena netto: 859 385,56 zł

cena brutto: 928 136,40 zł

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt (100 %)

Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi w Rozdziale XIV SIWZ:

- a) cena: 60 pkt (60%);**
- b) parametry techniczno-użytkowe: 40 pkt (40%);**

Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, którymi są parametry techniczno-użytkowe, oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania opisane w SIWZ. Jest to jedyna ważna oferta złożona do niniejszego postępowania do części nr V.

Zamawiający informuje, iż w zakresie części nr V nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż w zakresie części nr V odrzucono dwie oferty.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż niebawem dokona rozstrzygnięcia postępowania w zakresie części nr IX.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.):

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.):

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Stosowne ogłoszenie o wynikach postępowania ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmswia.poznan.pl.

DYREKTOR
Z poważaniem
SAMOZWIĘCZAJĄCY PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. *Włodzisław Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Maciej Olejniczak
MACIEJ OLEJNICZAK
SZPITAL MSWIA
KRAJOWY INSTYTUT MEDYCENY
W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
KRAJOWY INSPEKTOR DLA GOSPODARSTWA
PARAFIŁA SYSTEM MEDYCENY