


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 08.08.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK  
ZP/p/2374-05-...839.../19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/05/19**

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ NR VII  
(w jej skład wchodzi: Ramię C jezdne – 1 szt., RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym – 1 szt., RTG przyłóżkowe – 1 szt.)**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający **unieważnia niniejsze postępowanie w zakresie części nr VII (w jej skład wchodzi: Ramię C jezdne – 1 szt., RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym – 1 szt., RTG przyłóżkowe – 1 szt.)**, albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**UZASADNIENIE**

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje tryb postępowania mający na celu zawarcie umowy, której podstawą jest najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W świetle powyższego prawidłowo prowadzone postępowanie winno zakończyć się wyłonieniem Wykonawcy i zawarciem umowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych typizuje jednak kiedy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W przedmiotowej sprawie w całej rozciągłości zachodzą wyżej wymienione przesłanki, albowiem kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 304 800,00 zł i jest ona mniejsza niż ceny wszystkich złożonych ofert w części nr VII. Jednocześnie Zamawiający nie zwiększa tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowo należy nadmienić, że oferta złożona przez **Adam Lukaszewicz medizintechnik lukaszewicz Med. techn. Fachhandel** (ul. Dueppeler str. 18, 42107 Wuppertal, Niemcy) podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), albowiem jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. W/w Wykonawca w poz. nr 16 RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym – 1 szt. nie wykazał spełnienia parametru opisanego w pkt 15, a mianowicie zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie spełnia parametru: Lampa RTG oraz detektor zawieszony na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie, podwieszonych pod sufit.

Z poważaniem

LEKARZ NAJZELNY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ  
MINISTERSTWA ZDROWIA  
w Poznaniu  
*prof. dr hab. Małgorzata Wieruszewska*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

*SK*