




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-218/19

Poznań, dnia 15.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 16

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Poz. nr 18- Łóżka z materacami

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego długość zewnętrzna minimalna wynosi 2240 mm z możliwością przedłużenia leża o minimum 20 cm? Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość zewnętrzną łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi podwójnie dzielonymi w pozycji uniesionej 1030mm oraz w pozycji opuszczonej 998 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża pod materac min. 880mm bez regulowanych klamr przytrzymujących materac, natomiast o konstrukcji ramy pozycjonującej i przytrzymującej materac, zapobiegając zakleszczaniu się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści nowoczesne łóżko, w którym odejmowane szczyty, wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego i wagą łącznie nie więcej niż 7kg?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dedykowanymi przyciskami uruchamiającymi regulację wysokości bez osobnych przycisków do pozycji wejściowej i wyjściowej?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym kontrola kąta nachylenia segmentu oparcia pleców jest realizowana elektronicznie, poprzez chwilowe zatrzymanie po osiągnięciu wymaganych nachyleń 30 i 45°, zamiast wskaźników kątowych lub kolorowej cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści by sterowanie wszystkich funkcji elektrycznych odbywało się zgodnie z parametrami opisanymi w punkcie 22, jednak bez osobnego przycisku dla pozycji egzaminacyjnej? Pozycja płaska egzaminacyjna jest tożsama do osiągnięcia poprzez użycie przycisku regulacji wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

8. Czy Zamawiający dopuści regulacje elektryczną wysokości leża w zakresie 340- 780 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcje autoregresji segmentu oparcia pleców, jednak bez specjalnego mechanizmu cofającego segment?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści regulacje pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 12°?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 19- Łóżka intensywnej terapii z materacami terapeutycznymi.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego wyposażenia- pozycjonerów przewodów kroplówek, tlenu etc ? Jest to wyposażenie charakterystyczne dla firmy Hill-Rom.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wyposażenia w postaci alarmu niezaciągniętego hamulca?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. Czy Zamawiający dopuści manualną funkcję przedłużania leża o minimum 200mm?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

4. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości łóżka w zakresie 360 mm do 800 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

5. Czy Zamawiający dopuści by dodatkowa regulacja przechyłów bocznych odbywała się z panelu zlokalizowanego od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dedykowanego przycisku pozycji wyjściowej-mobilizacyjnej? Pozycję łatwo osiągnąć przy użyciu przycisku regulacji wysokości i oparcia.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym pozycja fotela jest pozycją krzesła kardiologicznego z opuszczonymi nogami w dół, jednak nie pionowo, a pod kątem?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Z poważaniem
dr n. med. Witold Piątek-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
APARATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCZNYM
Maciej Olejniczak