


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 18.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-202,203/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

DOTYCZY CZĘŚCI Część II Poz. Nr 3

Opis wymaganych parametrów technicznych Defibrylator

Pytanie 1 (Dot. pkt 4):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający klasę odporności na kurz i zalanie wodą IP24?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 (Dot. pkt 7):

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający regulację energii w zakresie 2-270J oraz dostępne 14 poziomów energii zewn.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3 (Dot. pkt 8):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji i ładowania energii, wyposażony we wskaźnik impedancji elektrod?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 (Dot. pkt 13):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 50 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 (Dot. pkt 23):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator posiadający monitorowanie SpO2 w technologii BluPRO za pomocą wodoszczelnego czujnika typu klips na palec?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 (Dot. pkt 27-31):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator nieposiadający funkcji monitorowania RKO opisanej w punktach 27-31, wyposażony w funkcję narzucania ustawionego tempa uciśnień klatki piersiowej za pomocą sygnału dźwiękowego?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7 (Dot. pkt 41):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator nieposiadający torby na akcesoria?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 7

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przyzna bonifikatę punktową w postaci 10 pkt. za zaoferowanie wyposażonego w 18.5 calowy ekran respiratora, który ma możliwość prezentacji danych z ostatnich 90 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 8

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przyzna bonifikatę punktową w postaci 10 pkt. za zaoferowanie wyposażonego w 18.5 calowy, kolorowy ekran respiratora, który sterowany jest bez wykorzystania pokręteł, które utrudnia utrzymanie higieny urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 20

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który wyposażony jest w 13 trybów wentylacji nieinwazyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.



Dotyczy Część IV, pkt. 33

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który umożliwi regulację stosunku I:E w sposób pośredni poprzez ustawianie częstotliwości i czasu wdechu oraz wyświetla na ekranie stosunek I:E wynikający z ustawionych przez operatora parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 35

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, w którym zakres regulacji ciśnienia wspomaganie wynosi: 1 – 100 cmH₂O?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 48

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który wyświetla na ekranie stosunek I:E wynikający z ustawionych przez operatora parametrów oraz mierzy dodatkowe parametry takie, jak: częstość oddechów spontanicznych, objętość oddechów spontanicznych, stałą czasową?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 52

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, z pomiarem podatności i podatności statycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 53

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, z pomiarem oporów?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 60

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przyzna bonifikatę punktową w postaci 10 pkt. za zaoferowanie respiratora, który wyświetla jednocześnie 3 krzywe (ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu) wraz z jedną wybraną przez operatora pętlą z pośród: ciśnienie-objętość, objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 61

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który ma możliwość prezentacji danych z ostatnich 90 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe, jednocześnie wymaga przedstawienia danych opisanych w pkt 61.

Dotyczy Część IV, pkt. 79

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, z kompensacją przecieku, regulowanym alarmem przecieku oraz alarmem przecieku w podłączonym baloniku intubacyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 80

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical wyposażony w tryb gotowości, z którego poziomu można wybrać opcję "Ten sam pacjent" pozwalającą na kontynuację poprzednio wybranego trybu wentylacji ze wszystkimi parametrami wentylacji i limitami alarmów?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 81

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający przyzna bonifikatę punktową w postaci 10 pkt. za zaoferowanie respiratora, który wyposażony jest w adaptacyjny tryb wentylacji chroniący płuca ALPV oraz protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający nie zmienia punktacji.

Dotyczy Część IV, pkt. 83

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, w którym Użytkownik może wybrać pomiędzy dwoma trybami wstępnych ustawień parametrów wentylacji: na podstawie rzeczywistej wagi ciała lub IBW?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 87

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który jest wyposażony w sterowany i zasilany z poziomu respiratora nebulizator z możliwością ustawienia interwału czasowego i kompletny zestaw do realizacji nebulizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 87

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który jest wyposażony w sterowany i zasilany z poziomu respiratora nebulizator siateczkowy z możliwością ustawienia interwału czasowego i kompletny zestaw do realizacji nebulizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 89

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respiratory firmy LöwensteinMedical, każdy z respiratorów dostarczony z zewnętrznym urządzeniem do pomiaru VC02, V02, RQ-wskaźnika oddechowego, REE-wydatku energetycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 89

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania, w którym sprzęt do pomiaru kalorymetrii będzie mógł być dowolnie przenoszony między łózkami pacjenta przez personel medyczny i będzie realizował pomiar kalorymetrii niezależnie od producenta respiratora znajdującego się przy łóżku na którym wykonywany jest pomiar kalorymetrii?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 90

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który realizuje pomiar objętości uwięzionej (Vtrap)?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Część IV, pkt. 91

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający przyzna bonifikatę punktową w postaci 10 pkt za zaoferowanie respiratora, który w czasie rzeczywistym wyświetla wartość stosunku objętości oddechu do należnej wagi pacjenta (ml/kgIBW), co przekłada się na jedną z kluczowych informacji o wielkości wentylacji (pozwala ocenić, czy pacjent jest niedowentylowany lub przewentylowany)?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający nie zmienia punktacji.

Dotyczy Część IV, pkt. 93

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który wyposażony jest w automatyczny manewr kreślenia pętli ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów, możliwością doboru przepływu gazu, górnej i dolnej granicy ciśnienia dla manewru, maksymalnej objętości wdechowej oraz analizy danych: zobrazonej pętli ciśnienie/objętość z nałożonymi punktami: dolnego przegięcia, górnego przegięcia, maksymalnego zakrzywienia?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Część IV, pkt. 94

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator firmy LöwensteinMedical, który ma procedurę odsysania składająca się z trzech faz:

faza 1 natlenianie: Respirator podaje zwiększoną ilość tlenu przez dwie minuty lub do czasu przejścia w tryb odsysania.

faza 2 odsysanie: Respirator przełącza się w tryb odsysania na dwie minuty lub do czasu ponownego podłączenia pacjenta.

faza 3: Respirator podejmuje ponownie wentylację z bieżącymi ustawieniami, podając zwiększoną ilość tlenu przez dwie minuty?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 2

ŁÓŻKA Z MATERACAMI 18 SZT.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem bez alarmu dźwiękowego nie włączonej centralnej blokady hamulca? Łóżko wyposażone w diodową sygnalizację włączenia do sieci oraz trzy metrowy, skręcany przewód zasilający w kolorze pomarańczowym nie pozwalający na bezpośrednie wyrwanie wtyczki z gniazdka.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o szerokości zewnętrznej 1030 mm? Oferowany parametr różni się od wymaganego tylko o 30 mm. Pozycja barierek bocznych nie wpływa na szerokość łóżka. Całkowitą szerokość łóżka generują krążki odbojowe zamontowane w każdym rogu łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o szerokości leża pod materac 880 mm co tylko nieznacznie różni się od wymaganego? Leże łóżka dopasowane do materaca bez możliwości zakleszczenia się pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem bez regulowanych klamr podtrzymujących materac? Leże łóżka na całej powierzchni leża zabezpiecza materac przed przesuwaniem i zakleszczeniem pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem z otwartą konstrukcją podstawy gdzie siłowniki i przewody są łatwo dostępne, co ułatwia czyszczenie i znacznie przyspiesza wymianę części, a w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów ewentualnego serwisu?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający zgodzi się w punkcie 12 na punktację leża łóżka wypełnionymi sztywnymi, lekkimi, łatwymi w dezynfekcji panelami wykonanymi z polipropylenu? Panele łatwe do zdjęcia i założenia bez użycia narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem wyposażone w blokady szczytów łóżka bez możliwości zawieszenia na nich szczytu?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający zgodzi się w punkcie 16 na punktację dwóch blokad szczytów nie będących jednocześnie wieszakami na zdjęty szczyt?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem w których wskaźniki kąta dla prawidłowego pozycjonowania pacjenta w łóżku umieszczone są w ramie łóżka z obu stron i widoczne w każdej pozycji barierek?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, które nie jest wyposażone w funkcję pozycji „wejściowej i wyjściowej”? Funkcja ta jest parametrem wyróżniającym jednego wykonawcę. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, które posiada system spowalniający opuszczanie leża przy zbliżaniu się do najniższej pozycji zamiast sygnalizacji świetlnej informującej o najniższej pozycji łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, w którym oparcie pleców wyposażone jest w elektroniczny system chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30o oraz wskaźniki wizualne umieszczone na ramie łóżka z obu stron i widoczne w każdej pozycji barierki? Oferowany parametr daje bardzo zbliżony efekt co wymagany.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający w punkcie 22 dopuści do zaoferowania łóżko z materacem spełniające w pełni wymogi tego zapisu bez pozycji egzaminacyjnej, która jest parametrem wyróżniającym jednego wykonawcę? Rezygnacja z tego zapisu pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, w którym dyskretne oświetlenie nocne jest włączone zawsze, pod warunkiem że łóżka nie jest w trybie niskiego zużycia energii? Łóżko wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED, które podświetla przestrzeń po obu stronach łóżka żeby zabezpieczyć pacjenta przed upadkiem przy wychodzeniu z łóżka

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem z regulacją wysokości leża w zakresie 340 do 780 mm? Oferowane łóżka osiąga większą wysokość niż wymagane

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem z regulacją części plecowej w zakresie 0 - 62o co tylko nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, w którym regulacja części nożnej odbywa się dwu etapowo tj. regulacją kąta podparcia ud w zakresie 0 – 20o, a w razie konieczności regulacją kąta podparcia łydek w zakresie 0 – 16o? Oferowane parametr daje większe możliwości właściwego ułożenia pacjenta w zależności od stanu jego zdrowia.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

18. Czy Zamawiający w punkcie 28 zgodzi się na punktację autoregresji segmentu oparcia pleców 110mm ? Oferowany parametr różni się od wymaganego tylko o 10 mm, a zgoda na punktację pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów. Tak niewielka różnica nie ma praktycznie żadnego wpływu na walory użytkowe łóżka

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i Anti-Trendelenburga wynosi 120? Określony kąt 120 jest wystarczający żeby osiągnąć pełną pozycję Trend i anti-Trend.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem wyposażone w krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami? Krążki obracane wokół własnej osi.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem bez sygnału dźwiękowego zablokowanych funkcji? Przy zablokowaniu wybranej funkcji dioda LED informuje o blokadzie w kolorze odróżniającym się od funkcji aktywnej

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym maksymalny poziom hałasu jakie może wywołać łóżko wynosi 50 dB?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający może określić co miał na myśli w punkcie 37 gdyż opis parametru wskazuje na funkcję autoregresji opisaną w punkcie 28. Funkcja autoregresji ma zapobiegać zakleszczaniu oraz kompresji w obrębie jamy brzusznej przy zmianach pozycji łóżka

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ

24. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał w punkcie 42 aby piąte koło było zasilane i w znaczący sposób ułatwiało jazdę łóżkiem z pacjentem i obrót łóżka wokół własnej osi?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o masie całkowitej równej 150 kg? Konstrukcja jak i waga samego łóżka dostosowana do maksymalnych obciążeń przy udźwigu 250 kg

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby materac miał udźwig maksymalny do 120 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac powietrzny, przeciwoleżynowy, bez blokady sterowania? Oprócz blokady sterowania materac posiada wszystkie wymagane funkcje, a odstąpienie od wymogu pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

ŁÓŻKA INTENSYWNEJ TERAPII Z MATERACAMI TERAPEUTYCZNYMI 4 SZT.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym, w którym wskaźniki kąta dla prawidłowego pozycjonowania pacjenta w łóżku umieszczone są w ramie łóżka z obu stron i widoczne w każdej pozycji barierki oraz dwa wyświetlacze po obu stronach łóżka informujące o kątach przechyłu łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Czy Zamawiający w punkcie 12 zgodzi się na punktację wyświetlaczy pokazujących aktualny kąt przechyłu wybranych pozycji oraz wskaźników umieszczonych w ramie łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający nie zmienia punktacji.

3. Czy Zamawiający w punkcie 14 zgodzi się na punktację maksymalnego obciążenia roboczego łóżka 272 kg? Zgoda pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy produktu z udźwigiem wyższym od standardowego elektrycznego łóżka szpitalnego

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający nie zmienia punktacji.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym, w którym zintegrowany materac zmiennociśnieniowy wyposażony jest w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG bez potrzeby zdejmowania pacjenta z materaca oraz odpinania zamka materaca oraz używania systemu naprowadzania kasety?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym, w którym leże łóżka wydłuża się mechanicznie w łatwy i intuicyjny sposób? Po przedłużeniu specjalny wysuwany panel wypełnia leże bez konieczności umieszczania tam prześcieradeł lub koców. Elektryczna regulacja segmentu nożnego może niepotrzebnie przedrażać wartość łóżka i w żaden sposób nie wpływa na komfort pacjenta

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym z funkcją przedłużenia leża o 12 cm? Po wydłużeniu łóżka leże ma długość aż 214 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym z regulacją wysokości w zakresie od 400 mm do 800 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym które zamiast funkcji śledzenia zmian masy ciała pacjenta pokazuje aktualną wagę po naciśnięciu przycisku wagi? System wyposażony w funkcję autokompensacji, która pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. Możliwość wyboru wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 100 lub 500 gram. Waga w najwyższej, III klasie dokładności. Ciśnienie w komorach dobierane automatycznie do wagi pacjenta z możliwością manualnej regulacji ciśnienia w komorach w czterech strefach materaca: głowy, tułowia, bioder i pięt

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z materacem terapeutycznym, w którym membranowe przyciski obsługujące przechyły boczne znajdują się na pompie umieszczonej na szczycie od strony nóg pacjenta? Łóżko wyposażone w system bezpieczeństwa uniemożliwiający wykonanie przechyłu jeśli któraś z barierek będzie opuszczona.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. Czy Zamawiający w punkcie 43 zgodzi się na punktację oparcia pleców wyposażonego w elektroniczny system chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°. System daje



wyraźny sygnał personelowi o osiągnięciu określonego kąta pochylenia segmentu oparcia pleców, który jest istotnym parametrem w prawidłowej terapii płucnej.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający nie zmienia punktacji.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z matercem terapeutycznym, które nie posiada funkcji pozycji egzaminacyjnej? Funkcja egzaminacyjna jest parametrem wyróżniającym jednego wykonawcę. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z matercem terapeutycznym, które nie posiada funkcji fotela. Funkcja fotela jest parametrem wyróżniającym jednego wykonawcę. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli złożyć ofertę większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko intensywnej terapii z matercem terapeutycznym, w którym materac zmienności ciśnieniowy wykonujący przechyły boczne wyposażony jest w sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu 20o przechyłu, zamiast elektronicznych wskaźników kątowych?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

14. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby materac był wyposażony w możliwość przedłużania po przedłużeniu leża łóżka. Materac wyposażony w specjalne złączki, które po podpięciu dopompowują powietrze w dwóch dodatkowych komorach w sekcji pięt.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

15. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w zasilane piąte koło, która wspomaga jazdę na wprost, do tyłu oraz wokół własnej osi? W przypadku pacjentów o znacznej wadze system doda energii przy ew. podjazdach, windach itd. a podczas zjazdów spowolni ruch łóżka tak aby nie doszło do zbyt gwałtownego zjazdu.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

16. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w specjalny panel, który po przedłużeniu łóżka wypełnia powstałą przestrzeń tak by nie było potrzeby wkładania tam koców, prześcieradeł itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
z powołaniem
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego 270
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA
APARATURĄ I SPRZĘTAMI MEDYCZNYMI
Marek Olejniczak