


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



ZP-2374.1.05/2019/EFK  
ZP/p/2374-05-216/19

Poznań, dnia 18.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/05/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 21**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

**Część V**

**Pyt. 1**

Czy zamawiający dopuści składanie ofert nie pakietowych? Zamawiający wymaga ultrasonografu z monitorem o przekątnej min 17 cali i pulpitem ceramicznym pozbawionym potencjometrów co wskazuje jednoznacznie na aparat Philips Sparq. Spełnienie tego parametru w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta firmę PHILIPS, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Z powyższego wynika, iż w pakiecie V oferty mogą złożyć tylko firmy na aparaty ultrasonograficzne - Philips.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż nie opisał wymogu aby poszczególne aparaty opisane w Części V w Poz. nr 6, 7 i 8 były tego samego producenta. Zamawiający wyjaśnia również, iż w punktach opisał swoje wymagania i oczekiwania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu. W następnym etapie oczekuje od



dostawców przedstawienia w formie pytań lepszych lub alternatywnych propozycji rozwiązań, a nie informacji określających aparaty, której firmy spełniają lub nie spełniają SIWZ.

**Poz.nr 6**

**Pyt.1 pkt 15,16**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez pulpitu ceramicznego lub szklanego z potencjometrami i przyciskami i bez możliwości dezynfekcji środkami płynnymi, w tym również na bazie alkoholi? Takie rozwiązanie nie wpłynie na jakość diagnostyczną, a poprawi dokładność i precyzyjność nastaw. Powyższe rozwiązanie wskazuje na jednego producenta i model aparatu – Philips Sparq

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt.2 pkt 17,18**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z regulacją wysokości panelu sterowania wynoszącą 10cm i klawiaturę alfanumeryczną bez przycisków funkcyjnych, dostępną z panelu dotykowego? Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w opisie pkt 17. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące pkt 18.

**Pyt.3 pkt 39**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o maksymalnej głębokości penetracji 38cm liczonej od 2cm, a nie od czoła głowicy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt.4 pkt 53**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z prędkością dopplera pulsacyjnego na poziomie 2,7m/s mierzoną przy zerowym kącie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 5 pkt 65**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z prędkością dopplera ciągłego na poziomie 6m/s mierzoną przy zerowym kącie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 6 pkt 69**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez oprogramowania pomiarowego do procedury FAST? FAST służy do oceny stanów nagłych pacjenta: celem jest „stwierdzenie obecności wolnego płynu w jamie otrzewnowej, worku osierdziowym lub jamach opłucnowych”. Badanie można wykonać na zwykłej aplikacji brzusznej dostępnej w każdym ultrasonografie produkowanym na świecie. Sam protokół nie jest w żaden sposób specjalnie zaprogramowany do lepszej wizualizacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 7 pkt 74**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z oprogramowaniem poprawiającym ogólnie wizualizację igły, a nie tylko z projekcji „in plane”?



**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza powyższe jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z opisem zawartym w pkt 74 będzie wymagał pełnego oprogramowania tzn. z wizualizacją i nawigacją igły.

**Pyt. 8 pkt 75**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 9 pkt 84**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o szerokości pola widzenia głowicy liniowej FOV wynoszącej 38,4mm? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na wykonywane badanie

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 10 pkt 90**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o liczbie elementów w głowicy do badań kardiologicznych i płuc wynoszącej 64 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Poz. nr 7**

**Pyt. 1 pkt 11**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o liczbie kanałów przetwarzania ultradźwiękowego 573,440? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość diagnostyczną sprzętu, parametr sztucznie zawyżony

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 2 pkt 37**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o regulowanej wysokości pulpitu sterowniczego wynoszącej 18cm? Nie ma to wpływu na jakość badania

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 3 pkt 58**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z głowicą convex mającą 160 elementów ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Poz. 8**

**Pyt. 1 pkt 15**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o wadze 140 kg ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 2 pkt 23**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z możliwością regulacji konsoli wynoszącą 18cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 3 pkt 38**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z prędkością odświeżania dla CD wynoszącą 175klatek/s ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pyt. 4 pkt 48,51**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z kątem widzenia na głowicy convex 70 stopni i liczbą elementów 160 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany parametru opisanego w pkt 51. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dotyczące pkt 48.

**Pyt. 5 pkt 57**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta o szerokości czoła na głowicy liniowej wysokoczęstotliwościowej wynoszącej 37,5mm.

Takie rozwiązanie nie wpływa na jakość wykonywanego badania

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pyt. 6 pkt 63**

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta bez funkcji elastografii (ShearWave) kodowanej kolorem z głowicy o częstotliwości pracy 3-12 MHz?

Posiadamy takie rozwiązanie na głowicy liniowej o częstotliwości 2-9 MHz

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem  
DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
*Witold Psobryg-Bieleński*  
dr n. med. Witold Psobryg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA  
APARATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCZNYM  
*Maciej Olejniczak*