



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko




**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-264/19

Poznań, dnia 19.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 24

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

W nawiązaniu do SIWZ - Załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami **dotyczącymi części nr VI:**

Pozycja 12 – ergometr rowerowy

Czy Zamawiający dopuści ergometr pionowy dla pozycji normalnej o poniższych parametrach ?:

układ hamulcowy: elektromagnetyczny hamulec indukcyjny

system napędowy – pas z żebrowaniem wzdłużnym

Zakres obciążenia w trybie automatycznym 25-250 watów, w trybie ręcznym 20 stopni hamowania

koło zamachowe 6 kg

przełożenie 1:10

wskazanie profili treningowych za pomocą LCD

Komputer treningowy:

czas, dystans, prędkość, moc Wat, obr./min., kalorie, tętno

poziomy oporu 20

pamięć na dane użytkownika 4
zasilanie sieciowe 230V
regulacja siodełka w poziomie i pionie
kierownica U-kształtna z nasadzonymi uchwytami
regulacja kierownicy : pionowa, nachylenie
max. waga użytkownika 130 kg
Wymiary (Dł.xSzer.xWys.): 119x55x137 cm

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pozycja 12 – ergometr rowerowy

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy dla pozycji półleżącej o poniższych parametrach ?:

System hamowania: indukcyjny
Ciężar koła zamachowego: 10 kg
Przełożenie 1:8
System napędowy – pas z żebrowaniem wzdłużnym
Zakres obciążenia w trybie automatycznym 25-400 watów, w trybie ręcznym 20 stopni hamowania
Ergonomiczne siedzisko z regulowanym kątem nachylenia oparcia
Zasilanie: łącze sieciowe 230 V
Wymiary (dł./szer./wys. w cm): 171/56/123
Max. obciążenie wagowe 150 kg

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 2

W nawiązaniu do SIWZ - Załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącymi części nr VI:

Pozycja 13 – WKG wirówka kończyn górnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poniższych parametrach?

Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn górnych, z możliwością dodania kąpieli perełkowej
Korpus wanny wykonany z głęboko ciągnionego, bezszwowego szkła akrylowego, leżący na stabilnej podstawie ze stali szlachetnej
Konstrukcja wanny umożliwi pacjentowi masaż wirowy obu rąk jednocześnie w pozycji siedzącej
W korpusie wanny wbudowane 4 specjalne dysze inżektorowe
Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny
Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho
Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa
Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni
Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, pobór mocy 1,0 kW
Wydajność agregatu pompowego ok. 250 l/min
Pojemność wanny max. 50 l
Wysokość górnej krawędzi niecki wanny: 880 mm
Wymiary urządzenia: (długość x szerokość x wysokość)650 x 685 x 1050 mm

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza zamiennie powyżej opisane parametry, pozostałe nie opisane będą wymagane zgodnie z opisem w Poz. nr 13.

Pozycja 14 – WKD wirówka kończyn dolnych

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o poniższych parametrach?

Wanna do wykonywania masażu wirowego kończyn dolnych pacjenta znajdującego się w pozycji siedzącej, z możliwością dodania kąpieli perełkowej
Korpus wanny wykonany z głęboko ciągniętego, bezszwowego szkła akrylowego z zewnętrznym wzmocnieniem w postaci specjalnego laminatu
Wanna posiada dwie oddzielne komory dla zabiegów (jedna komora dla jednej kończyny)
W korpusie wanny wbudowane 6 sztuk specjalnych dysz inżektorowych – po 3 dysze w każdej z komór, osobno na 3 ścianach
Bateria do napełniania wanny z termostatem centralnym, automatyczne napełnianie wanny
Wbudowany agregat pompy z tworzywa sztucznego i ochrona pompy przed pracą na sucho
Wbudowany zawór umożliwiający dodawanie powietrza do masażu – kąpiel perełkowa
Zawór odpływowy otwierany za pomocą dźwigni
Zasilanie sieciowe 230V/50Hz, pobór mocy 1,0 kW
Wydajność agregatu pompowego ok. 250 l/min
Pojemność wanny max. 90 l
Wymiary urządzenia: (długość x szerokość x wysokość) 1000 x 800 x 680 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zamiennie powyżej opisane parametry, pozostałe nie opisane będą wymagane zgodnie z opisem w Poz. nr 14.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 3

W nawiązaniu do SIWZ, zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem dotyczącym części nr VI:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużeniu terminu dostawy do 4 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Witold Petras-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR
LABORATORIUM PRZETEM MEDYCZNYM
Maciej Olejniczak