




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 15.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-212/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 14

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytania do załącznika nr 2 do SIWZ pozycja nr 16 - RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym

1. **Dotyczy punktu 18 „Zawieszenie lampy RTG”**
Czy Zamawiający dopuści „Tryb Auto SID” bez automatycznego utrzymywania zadanej odległości SID podczas ruchu detektora w pionie i w poziomie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. **Dotyczy punktu 26 „Zawieszenie lampy RTG”**
Czy Zamawiający dopuści „ciełokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 6,3” umieszczony na obudowie lampy RTG”? Taka wielkość jest odpowiednia i stanowi standardowy wymiar jaką powinien posiadać wyświetlacz do pokazywania danych wymaganych przez Zamawiającego opisanych w punkcie 27.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Dotyczy punktu 40 „Lampa RTG”**

Czy Zamawiający dopuści „zmotoryzowany obrót lampy wokół osi poziomej o łącznym zakresie 180 stopni”?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. **Dotyczy punktu 62 „Stawy płucny”**

Czy Zamawiający dopuści „zmotoryzowany obrót detektora wokół osi poziomej o łącznym zakresie 180 stopni”?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMOZWIĘCZAJĄCY PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pastrag-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMOWZWIĘCZAJĄCY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWA
APARATURA I SPRZĘT MEDYCZYNY
Marek Olejniczek