


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 14.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK  
ZP/p/2374-05-235/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/05/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 11**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

**W nawiązaniu do SIWZ - Załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącymi części nr VI:**

**Pozycja 13 – WKG wirówka kończyn górnych**

Czy Zamawiający wymaga aby ze względu na komfort pacjenta podczas wykonywania zabiegu maksymalne wymiary urządzenia z ergonomicznie ukształtowaną niecką do rąk wynosiły 700 x 700 mm (głębokość x szerokość) a wysokość maksymalna górnej krawędzi niecki wanny wynosiła 880 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pozycja 13 – WKG wirówka kończyn górnych**

Czy Zamawiający wymaga aby maksymalna liczba dysz w niecce wanny wynosiła 4 sztuki, tak aby zapewniało to odpowiednie zawirowania wody charakterystyczne dla kąpieli wirowych ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pozycja 14 – WKD wirówka kończyn dolnych**

Czy Zamawiający wymaga w celu zwiększenia skuteczności zabiegu, by niecka wanny posiadała dwie oddzielne komory zabiegowe (jedna komora dla jednej kończyny dolnej) przy wymiarach całkowitych urządzenia ok. 1000 x 800 x 680 mm (długość x szerokość x wysokość) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pozycja 14 – WKD wirówka kończyn dolnych**

Czy Zamawiający wymaga aby maksymalna liczba dysz w niecce wynosiła 6 sztuk, które są równomiernie rozłożone w każdej z dwóch komór niecki na minimum trzech ścianach w każdej komorze, tak aby zapewniało to odpowiednie zawirowania wody charakterystyczne dla kąpieli wirowych ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WNEĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WNEĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA  
APARATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCZNYM  
*Maciej Lejczak*