




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań  
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65  
[www.szpitalmswia.poznan.pl](http://www.szpitalmswia.poznan.pl)  
[efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl](mailto:efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl)



Poznań, dnia 22.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK  
ZP/p/2374-05-330/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

**Nr postępowania: ZP/p/05/19**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 29**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

**ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1**

Zwracamy się z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki do treści SIWZ:

**Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ pozycja nr 16 (po zmianie) punkt 15**

Czy Zamawiający potwierdza oczywistą omyłkę w dokonanej zmianie zapisu:

„Lampa RTG oraz detektor zawieszono na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie, podwieszonych pod sufit lub alternatywne rozwiązania takie jak np.: **Co najmniej lampa RTG zawieszona na kolumnie sufitowej poruszającej się poprzecznie, wzdłużnie i pionowo, oraz obrót lampy wokół osi pionowej i poziomej.**”

którego sens treści należało rozumieć jako dopuszczenie większej ilości rozwiązań alternatywnych kolumnowych, w tym kolumn instalowanych do podłogi?

**Wyjaśnienie:**

Obecnie obowiązujący zapis sugeruje, że jedynym alternatywnym rozwiązaniem do wymogu pierwotnego, jakie dopuszcza Zamawiający, jest układ lampy RTG zainstalowanej na suficie (wymagane bezwzględnie) a układ detektora instalowany dowolnie.

Zatem zwracamy się do Zamawiającego o sprostowanie oczywistej omyłki i zastosowanie poniższego, bardziej precyzyjniejszego zapisu:

„Lampa RTG oraz detektor zawieszono na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie, podwieszonych pod sufit lub alternatywne rozwiązania takie jak np.: lampa RTG zawieszona na kolumnie sufitowej poruszającej się poprzecznie, wzdłużnie i pionowo,

oraz obrót lampy wokół osi pionowej i poziomej **lub** lampa i detektor w układzie dwóch kolumn zainstalowanych na podłodze poruszających się poprzecznie (w jednej osi) i pionowo.”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami związanymi z odpowiedziami na pytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy – w paragrafie 4 pkt 8 dla Części VII (Poz. nr 15,16 i 17) wydłuża czas wymiany urządzenia z 14 dni roboczych na 60 dni robocze.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: EFK

Z poważaniem  
DIREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu-im. prof. Ludwika Bierkowskiego  
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński