


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-223/19

Poznań, dnia 14.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 10

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

PYTANIA DO SIWZ

Pytanie 01.

dotyczy części V, pozycji nr 8, pkt 35.

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej klasy aparat USG wyposażony w tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF z **1 częstotliwością** dla każdej głowicy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 02.

dotyczy części V, pozycji nr 8, pkt 38

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej klasy aparat USG z **prędkością odświeżania dla CD wynoszącą 224 klatki/sek?**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe warunki pozostają bez zmian.



Pytanie 03.

dotyczy części V, pozycji nr 8, pkt 38

Czy zamawiający dopuści do przetargu najwyższej klasy aparat USG z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego wynoszącą ± 20 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Pytanie 04.

dotyczy części V, pozycji nr 8, pkt 62

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcja elastografii (strain) w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany będzie dostępna na oferowanej głowicy liniowej wysokoczęstotliwościowej z pkt 53?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający potwierdza, iż powyższy wymóg dotyczy głowicy z pkt 53.

Pytanie 05.

dotyczy części V, pozycji nr 8, pkt 63

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli funkcja elastografii (ShearWave) kodowanej kolorem z możliwością uzyskania w raporcie wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s będzie dostępna na oferowanej głowicy liniowej wysokoczęstotliwościowej z pkt 53?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający potwierdza, iż powyższy wymóg dotyczy głowicy z pkt 53.

Pytanie 06.

dotyczy WZÓR UMOWY, §5 KARY UMOWNE

Czy zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu z wysokości 2% na 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 07.

dotyczy WZÓR UMOWY, §5 KARY UMOWNE

Czy zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w §4 ust. 4 i 5, z 1% na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w podjęciu działań serwisowych i naprawy?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 08.

dotyczy WZÓR UMOWY, §5 KARY UMOWNE

Czy zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną za niedostarczenie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego w wypadkach i na warunkach, o których mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy, z 2% do 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień, w którym Zamawiający będzie z tego tytułu pozbawiony możliwości korzystania z danego urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 09.

dotyczy WZÓR UMOWY, §5 KARY UMOWNE

Czy zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wysokości 10% na 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
APARATURA, SPRZĘT I MEDYCYNIA

Maciej Olejniczak