




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-327/19

Poznań, dnia 21.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej
Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 27

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

W nawiązaniu do SIWZ - Załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącymi części nr VI:

Pozycja 12 – ergometr rowerowy

Czy Zamawiający dopuści ergometr pionowy dla pozycji normalnej o poniższych parametrach ?:

Ergometr z możliwością kalibracji. Wyświetla waty i kcal odpowiednio przy 60 i 70 obrotach na minutę. Model ten jest łatwy w obsłudze i niezwykle wytrzymały. Nadaje się do placówek medycznych, ponieważ posiada certyfikat medyczny.

Istotne cechy:

- ciężkie, dobrze wyważone koło zamachowe
- elektroniczny prędkościomierz.
- tętno mierzone telemetrycznie
- regulowana wysokość siodełka.
- regulowana „kierownica”
- pokrętło do regulacji siły hamowania
- stabilna rama z wytrzymałych rur stalowych
- malowany proszkowo



- kółka ułatwiające przemieszczanie

Dane techniczne

- szerokość 530 mm (kierownica)
- szerokość 460 mm (podstawa)
- długość 870 mm
- wysokość 750-1180 mm (kierownica)
- wysokość 800-1090 mm (siedleko)
- wysokość 650 mm bez „kierownicy” i siodełka.
- waga 38 kg
- maksymalna waga ćwiczącego - 125 kg

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 12 – ergometr rowerowy

Wygodny w użyciu, szczególnie odpowiedni dla pacjentów mających trudności w korzystaniu z tradycyjnego roweru. Nowy, wyjątkowy system regulacji oporu sprawia, że zmiana obciążenia jest łatwa i wygodna jak nigdy dotąd. Nowe, ergonomicznie zaprojektowane, regulowane siedzisko z oparciem. Nisko położona rama ułatwia wejście, uchwyty rąk zwiększają bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Nowy, czytelny wyświetlacz. Pomiar tętna i odczyt obciążenia w czasie rzeczywistym.

Możliwość podłączenia do komputera. Łatwa kalibracja. Nadaje się do placówek medycznych, ponieważ posiada certyfikat medyczny.

Istotne cechy:

- ciężkie, dobrze wyważone koło zamachowe
- elektroniczny prędkościomierz.
- tętno mierzone telemetrycznie
- regulowana wysokość siodełka.
- regulowana „kierownica”
- pokrętko do regulacji siły hamowania
- stabilna rama z wytrzymałych rur stalowych
- malowany proszkowo
- kółka ułatwiające przemieszczanie

Dane techniczne

- szerokość 680 mm (podstawa)
- długość 1900 mm
- wysokość 1065 mm (kierownica)
- waga 107 kg
- maksymalna waga ćwiczącego - 250 kg

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza zamiennie powyżej opisane parametry, pozostałe nie opisane będą wymagane zgodnie z opisem w Poz. nr 12.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

DYREKTOR
Z poważeniem
SAMODZIELNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Witold Pstrąg-Bieleński
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
ADMINISTRACYJNEGO I OPIEKI MEDYCZNEJ
Maciej Olejnik