


Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-328/19

Poznań, dnia 21.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 28

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

**Pytania do SIWZ Poz. nr 8
USG jezdne**

1. Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu mobilny aparat klasy Premium, który zdecydowanie przewyższa wymogi Zamawiającego jednak waga aparatu wynosi 150 kg ? Zmiana ta w żaden sposób nie wpłynie na komfort pracy użytkowników aparaty w pracowniach radiologicznych nie są nagminnie przestawiane z miejsca na miejsce.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Dotyczy pkt. 60, 63

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który zdecydowanie przewyższa wymogi Zamawiającego z głowicę liniową o częstotliwości 4,0-13,0 MHz, która posiada funkcję elastografii (strain) oraz funkcję elastografii (ShearWave) z możliwością uzyskania wyników pomiarowych w raporcie w kPa i m/s jednak bez możliwości kodowania kolorem ? Kodowanie kolorem w przypadku elastografii ShearWave nie ma żadnego zastosowania diagnostycznego tym bardziej przy badaniach naczyniowych a jest jedynie elementem ograniczającym konkurencyjność . Brak możliwości kodowania w żaden sposób nie wpływa na wyniki pomiarowe uzyskiwane w raporcie w kPa i m/s.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza głowicę linowa o podanym zakresie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
dr n. med. Wiesław Pstrąg-Bieleński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
APARATURA I SPRZĘT MEDYCYNICZNY

Maciej Olejniczak