




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-211/19

Poznań, dnia 20.03.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 26

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Pytania dotyczące Części nr 1 (Centrala monitorująca + 2 stanowiska – 1kpl, Centrala monitorująca + 7 stanowisk – 1kpl), Części nr 3 (EKG 1 szt), Części nr 4 (Respiratory jezdne – 7 szt.),

1. Dotyczy wzoru umowy: § 1 pkt. 5 oraz pkt. IV SIWZ

Czy w zakresie Części nr 1 i 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt. 3 ppkt. 1)

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. W przypadku wieloetapowego i wieloelementowego zobowiązania stwarza sytuację rażącej nierówności Stron i wysokie ryzyko po stronie Wykonawcy. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu



odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ryzyka. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 pkt. 3. 1) Wzoru Umowy poprzez nadanie mu następującej postaci: *Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.*

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę wyznaczając jednak termin dodatkowy 7 dni.

3. Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt. 4

Naprawy (w tym usuwanie wad, usterek i braków) urządzenia będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 pkt. 4 na:

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych. W przypadku braku usunięcia naruszenia w dodatkowym termin przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych dostaw na koszt Wykonawcy – bez upoważnienia sądu, podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przewidziany na usunięcie awarii bez konieczności sprowadzenia części zamiennych wynosił 48 godzin w dni robocze i zgodzi się na następującą modyfikację zapisu umowy:

„Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od jej zgłoszenia (...)?”

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 8

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego dostarczonego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt. 10

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi wydłużające się ponad terminy określone w umowie, odpowiednio wydłużają okres gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy wzoru umowy: § 5

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu

napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający informuje, iż wcześniejszymi pytaniami wyraził zgodę na zmianę i dla Części VII dla Poz. nr:15,16 i 17, Zał. nr 5 do SIWZ § 5 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 zmienił wysokość kar i ustalił ją w wysokości 0,4 %. Pozostałe warunki zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1

POZYCJA nr 1 i 2

8. **Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 1. Pkt 64. oraz POZ. 2. Pkt. 65. :** Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie o wyższej funkcjonalności, zaoferowanie przewodów do podłączenia 6 elektrod, zamiast przewodów do podłączenia 5 elektrod, dzięki czemu na każdym stanowisku będzie możliwe diagnostyczne monitorowanie 8 odprowadzeń EKG i obliczeniowe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

POZYCJA 2

9. **Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 99.:** Prosimy o informację jakich przetworników ciśnienia Zamawiający używa na oddziale, co pozwoli na wycenę i dostarczenie odpowiednich, kompatybilnych przewodów

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający informuje, iż używa przetworników typu Edwards.

10. **Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 132. W ofercie ujęty hardware (serwer/ly, UPS, itp.) i software (system operacyjny, silnik bazy danych, oprogramowanie antywirusowe, aplikacja kopii zapasowej, itp.) niezbędne do uruchomienia systemu w pełnej wymaganej funkcjonalności, wraz ze środowiskiem do wirtualizacji:**

Czy zamawiający posiada dedykowaną serwerownię w której można zamontować sprzęt oraz przestrzeń na dwa serwery typu RACK zajmujące łącznie 4U przestrzeni dodatkowo 2U przestrzeni na dodatkowy UPS zasilający serwery w razie utraty prądu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający posiada dedykowaną serwerownię oraz przestrzeń na dwa serwery typu RACK zajmujące łącznie 6U.

11. **Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 137 W ofercie ujęte licencje umożliwiające jednoczesny dostęp do systemu przez 50 użytkowników, na nielimitowanej liczbie szpitalnych stanowisk komputerowych wyposażonych w system operacyjny.**

Intencją zamawiającego systemu CIS jest obsługa 7 stanowisk intensywnych i w związku z tym ilość użytkowników tworzących dokumentację i podglądających stan pacjenta oraz gromadzone dane w tym samym czasie nie powinna przekraczać 7 jednocześnie zalogowanych do systemu. Czy zatem zamawiającemu chodzi o dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową w charakterze wglądu do systemu dla 50 jednoczesnych użytkowników ?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający potwierdza powyższe.

12. **Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 152. CIS wyposażony w interfejs HL7 ADT, zapewniający pobieranie danych demograficznych z systemu szpitalnego (HIS) w celu uproszczenia procesu przyjmowania pacjenta.**

Z uwagi na konieczną integrację z w/w systemem zewnętrznym prosimy o wskazanie producenta, modelu i wersji działającego obecnie systemu HIS w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wskazuje producentów systemów HIS, RIS i PACS :

HIS

Producent: Asseco Poland S.A.



model: Infomedica
wersja: 4.52.1

RIS
Producent: SoftLab
model: Orion
wersja: 1.4.543.0

PACS
Producent: CarestreamHealth System
model: -
wersja: 11.4.1.0

13. Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 153. CIS wyposażony w interfejs HL7 LAB, zapewniający pobieranie wyników badań laboratoryjnych ze szpitalnego systemu laboratoryjnego lub z systemu szpitalnego (HIS).

Prosimy o wskazanie producenta, modelu i wersji działającego obecnie systemu laboratoryjnego w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż producentem jest :

Asseco Poland S.A.
model: infomedyka
wersja: 4.52.1

14. Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 155. CIS wyposażony w interfejs HL7 w celu integracji z apteką szpitalną, na potrzeby utrzymywania aktualnego stanu biblioteki leków

Prosimy o wskazanie producenta, modelu i wersji działającego obecnie systemu aptecznego w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż producentem jest :

Asseco Poland S.A.
model: infomedyka
wersja: 4.52.1

15. Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 174 wymagań technicznych:

"Zamawiający wymaga: Dla badań nagłych automatyczne zakładanie zlecenia w systemie szpitalnym CliniNet na podstawie danych odczytanych z opaski pacjenta przy użyciu czytników kodów 2D dołączonych do aparatów EKG lub ręcznego wprowadzenia ID pacjenta przy pomocy klawiatury alfanumerycznej aparatu EKG."

Prosimy o dopuszczenie systemu w którym badania nagłe są przesyłane do systemu jako badania wykonane bez danych pacjenta (do późniejszej akceptacji i zatwierdzenia) oraz z danymi pacjenta jeśli takie są dostępne (opaska z kodem ID, dane wpisane z klawiatury) ale bez automatycznego zakładania zlecenia w systemie HIS szpitala. Taka funkcjonalność nie jest możliwa do wykonania za pomocą komunikacji HL7. System zarządzający EKG nie może wymusić na systemie globalnym HIS (zarządzającym) aby wykonał zlecenie badania). Rozwiązanie takie, wprowadza wiele zmiennych, np. czas zlecenia na badanie jest niezgodny z wykonaniem badania, badanie nie zostało zlecone przez personel szpitala, przy wielu technicznie źle wykonanych badaniach, generujemy dziesiątki zleceń, które są błędne etc."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

16. Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 175 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający poprzez ten zapis rozumie, aby system był otwarty na automatyczne przyjmowanie raportów z innych urządzeń szpitalnych, generujących i eksportujących wyniki badań w standardach XML, PDF, TIFF, JPG?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż tak należy interpretować zapis pkt 175.

17. Dot. Załącznika nr 2 do siwz, Część nr 1, POZ. 2. Pkt. 206 wymagań technicznych:
Prosimy o podanie dokładnego modelu oraz wersji pracującego systemu szpitalnego. Prosimy także o podanie dokładnej wersji standardu HL7 w jakim pracuje i potrafi się komunikować pracujący system szpitalny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż aktualny system i wersja standardu HL7 to:

- HIS Producent: Asseco Poland S.A.
model: Infomedica
wersja: 4.52.1
- HL7 wersja 2.x

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
[Podpis]
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

WYKONAWCA
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
INSPEKTOR DS. GOSPODARSTWA
PAPRATURĄ I SPRZĘTEM MEDYCZNYM

[Podpis]
Maciej Olejnik