




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 06.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-204/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 5

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

DOTYCZY: dostawa sprzętu medycznego część nr VII

Dotyczy pkt 4:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu aparat, którego praca i funkcjonalność oparta jest na rozwiązaniu z jednym detektorem bezprzewodowym w rozmiarze 42 x 42 cm (+/-0,5 cm) spełniającym wszystkie wymagania techniczne zawarte w SIWZ dotyczące detektora bezprzewodowego. Wspomniany detektor może pracować zarówno w szufladzie na kolumnie zawieszenia sufitowego, jak również poza nią dając możliwość wykonania zdjęcia na łóżku szpitalnym lub wózku inwalidzkim. Dzięki takiej funkcjonalności nie ma konieczności zastosowania drugiego detektora bezprzewodowego, który znacznie podnosi koszt aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z opisem będzie wymagał dostarczenia dwóch detektorów zgodnie ze specyfikacją SIWZ.



Dotyczy pkt 46:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu ze stołem z regulowaną wysokością w zakresie 56-91 cm. Ważniejszym parametrem niż wysokość maksymalna jest wysokość minimalna położenia stołu. Oferowany przez Nas stół posiada znacznie niższą wartość minimalną położenia, co znacząco wpływa na komfort pacjenta przy wejściu na stół oraz w istotnie wpływa na ergonomię pracy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy pkt 24:

Rozumiemy, że Zamawiający wymagając funkcji autostitchingu przy statywie płucnym, wymaga jej również na stole RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU POMOCEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Biernackiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

