




Projekt Nr POIS.09.02.00-00-0101/17, pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej”, jest współfinansowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu**

im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 27.03.2019 r.

ZP-2374.1.05/2019/EFK
ZP/p/2374-05-335,348/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu wzmocnienia kondycji zdrowotnej osób dorosłych i ich aktywności zawodowej

Nr postępowania: ZP/p/05/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 30

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Część nr VII.

Pytanie nr 1 –dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, część VII, pozycja 16, punkt 10 - Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 6 s

Po zmianie : Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 5 s

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta systemów rtg , w którym: **Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 4 s.** Rozwiązanie to nie ma negatywnego wpływu na właściwości kliniczne , ponieważ przy dzisiejszej technologii czas ekspozycji nie przekracza 1 sekundy. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania gdyż obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 –dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, część VII, pozycja 16, punkt 28 - Wyświetlane komunikaty na wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG w j. polskim oraz pozostają zawsze w pozycji pionowej niezależnie od kąta obrotu lampy.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta systemów rtg , w którym: na wyświetlaczu wyświetlane są ikony z obrazkami funkcji, a ewentualne komunikaty są w języku angielskim. Z aparatem dostarczamy instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej. Pragniemy zwrócić uwagę, że projektując interfejs dbamy o to by był jak najprostszy w

obsłudze i intuicyjny. W przypadku wyświetlania programów anatomicznych odbywa się ono w języku polskim. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania gdyż obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający informuje, iż dla części VII dla Poz. nr 16 pkt 28 i 90 oraz dla Poz. nr 17 pkt 46 wyraża zgodę na powyższe i wymaga dostarczenia do odczytu instrukcji obsługi w wersji elektronicznej zewnętrznego wyświetlacza przeglądowego o przekątnej ekranu min 19".

Pytanie nr 3 –dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, część VII, pozycja 16, punkt 90 - Pełne oprogramowanie konsoli operatora w j. polskim.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta systemów rtg , w którym: na konsoli operatora wyświetlane są ikony z obrazkami funkcji, a ewentualne komunikaty są w języku angielskim. Z aparatem dostarczamy instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej. Pragniemy zwrócić uwagę, że projektując interfejs dbamy o to by był jak najprostszy w obsłudze i intuicyjny. W przypadku wyświetlania programów anatomicznych odbywa się ono w języku polskim. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania gdyż obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający informuje, iż dla części VII dla Poz. nr 16 pkt 28 i 90 oraz dla Poz. nr 17 pkt 46 wyraża zgodę na powyższe i wymaga dostarczenia do odczytu instrukcji obsługi w wersji elektronicznej zewnętrznego wyświetlacza przeglądowego o przekątnej ekranu min 19".

Pytanie nr 4 –dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, część VII, pozycja 17, punkt 37 - Rozdzielczość $\geq 3,5$ Lp/mm

Po zmianie: Rozdzielczość $\geq 3,4$ Lp/mm

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wiodącego producenta systemów rtg, w którym: rozdzielczość jest $\geq 3,38$ Lp/mm. Jest to niewielka różnica w stosunku do aktualnie wymaganej wartości parametru . Prosimy o dopuszczenie rozwiązania gdyż obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 2

Wykonawca zdaje sobie sprawę, iż termin na wniesienie zapytań upłynął. Jednak biorąc pod uwagę dotychczasową dokumentację i fakt iż mimo wielu rozwiązań technologicznych w zakresie aparatów RTG, Zamawiający dopuścił do udziału w postępowaniu tylko dwa aparaty – niniejszym Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jednocześnie Wykonawca podkreśla fakt, iż dopuszczenie do udziału trzeciego aparatu wpłynie na wyższą konkurencję, a co za tym idzie konkurencyjność cenową przy zachowaniu wysokiej jakości parametrów technicznych, którymi charakteryzuje się urządzenie RTG.

Pytanie 1 dot. SIWZ. Poz. nr 16. Pkt. 17

Prosimy o zmianę zapisu na:

17	Możliwość wykonania zdjęć osiowych po obu stronach pacjenta	Tak, opisać			
----	---	-------------	--	--	--

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami.

Pytanie 2 dot. SIWZ. Poz. nr 16. Pkt. 46

Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG, którego zakres regulowania wysokości blatu stołu wynosi od 50 cm do 88 cm. Pragniemy zaznaczyć, iż zakres oferowany w naszym urządzeniu zakres jest znacznie większy i daje więcej możliwości pozycjonowania pacjenta. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami.

Pytanie 3 dot. SIWZ. Poz. nr 16. Pkt. 54

Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG, którego maksymalne obciążenie stołu wynosi 225kg. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami.

Pytanie 4 dot. SIWZ. Poz. nr 16. Pkt. 78

Czy Zamawiający dopuści drugi bezprzewodowy detektor, który jest automatycznie ładowany w statywie płucnym . Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5 dot. SIWZ. Poz. nr 17. Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi wynosi 176cm? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami.

Pytanie 6 dot. SIWZ. Poz. nr 17. Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego pojemność cieplna anody wynosi 140KHU? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ i późniejszymi zmianami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał odpowiedzi na kolejne ewentualne zapytania złożone do niniejszego postępowania.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bieleńskiego
Witold Pstrąg-Bieleński
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bieleńskiego
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODAROWANIA
APARATURA I SPRZĘTEM MEDYCZNYM
Maciej Olejniczak